





鑄床上に設置されているマイクロ波レベル計を床下に設置して欲しい。

のご要望に応じまして。



・邪魔だなぁ・・・  
・ぶつけて壊しそうだなぁ・・・




鑄床上にレベル計が設置されている事で、  
・荷役車両通行の阻害  
・レベル計に物品を衝突させてのレベル計破損



鑄床床下に収納出来るマイクロ波レベル計を製作しました。



鑄床床下に収納する為に信号処理基板部とアンテナ部分を分離し、機器の高さを抑えました。また信号処理基板を熱から保護する為に、冷却水及び冷却エアの循環、防熱板を設置しています。



レベル計を床下に設置する事にフラット鑄床化することが出来ました。

これにより荷役車両の移動がスムーズになり、レベル計に物品を当てての機器破損が無くなりました。

